

תעודת בדיקה מספר 7052373593
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : עיקר הבראות (2017) בע"מ ח.פ. : 515672434
מענו : קויפמן 2 תל אביב
תאריך ההזמנה : 2020/07/09

תאור המוצר

ציוד רפואי כללי
הדגם הנבדק : SOCRATE
יצרן : ANTANO GROUP
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/07/14 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4142114
כמות במדגם : 1
מספר שטר מטען : 19306048
נמל היבוא : נמל אשדוד
מספר חשבון ספק: 227 מיום: 2019/07/23 שם ספק ANTANO GROUP
שם ארץ יבוא : איטליה

בדיקת סילוק ליקויים לבדיקה מספר 9952395881

התאמה לסעיפים: ME EQUIPMENT identification, marking and documents-7, MAINS PARTS, components and layout-8.11 של התקן הישראלי ת"י 60601 חלק 1 -
ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים,
מיוני 2018
בדיקת סילוק ליקויים לפי תעודה/דוח מספר 9952395881.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ראו לפרטים נוספים

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
המכשיר לא נבדק מבחינה פונקציונלית.
נבדקה בדיקת בטיחות חשמלית בלבד.

2020/07/21

תאריך הפקת תעודה

עמית קהלני תפקיד טכנאי בכיר

שם המאשר:




תעודת בדיקה מספר 7052373593

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

נאור מורחב של המוצר

נאור: תמונות



תעודת בדיקה מספר 7052373593

דף 3 מתוך 3

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה	ליקויים	מסקנה
7	ME EQUIPMENT identification, marking and documents			מתאים
7.1	General			מתאים
7.2	Marking on the outside of ME EQUIPMENT or ME EQUIPMENT parts			מתאים
7.3	Marking on the insides of ME EQUIPMENT or ME EQUIPMENT parts			מתאים
7.4	Marking of controls and instruments			מתאים
7.5	Safety signs			מתאים
7.6	Symbols			מתאים
7.7	Colours of the insulation of conductors			מתאים
7.8	Indicator lights and controls			מתאים
7.9	ACCOMPANYING DOCUMENTS			מתאים
8.11	MAINS PARTS, components and layout			מתאים

סוף תעודת הבדיקה